NH/AJ-15-58-2011

总胆红素（钒酸盐法）测定试剂盒出厂检验报告

检验项目	要求	结果	判定
线性范围测定	在线性范围内，线性误差（测量相关系数表示）应不小于0.9900	0.9998	√