

编号: YNH/AJ-15-33-2016

生化分析仪用清洗液/剂出厂检验报告

试剂名称: NUL1清洗液

试剂批号: 220421

检验日期: 2025.04.22

试剂规格: 40 型(R1:10ml, R2:10ml)

检验项目	要求	检验结果	结果判定
外观检查	无色透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求	√
容量准确度	不低于标示量。	R1:10.0ml	√
		R2:10.0ml	√


检验地点: 云南迪庆州香格里拉市

日期:

地点:

姓名:

姓名:



检验人:

李强

复核人:

张立

审核人:

周峰