有证参考物质	北京市医疗器械检验所	GBW(E) 090593a	/	257 U/L	/	
质控品1	Randox human acy control 2	1695UN	2028-3-28	35U/L		
		R1	33.0ml	/		
在340nm处，光径1cm时，△A/min≤0.004。		0.0028	√			
批间精密度R≤10%		/	/	/		
		浓度C	250U			
		合格				