编号：YNHA/L 15-108-2011

生化仪机型：DS-401

试剂盒批号：225011B

生化仪编号：DS1KS001

规格	规格
104ml	R1：40ml*2，R2：12ml*2

校准品			(μmol/L)	
		2023-12	162	13.0-19.4μmol/L

检验项目			
	R2 为无色透明液体，无悬浮物及沉淀物；	符合要求	
线性：吸光度变化率≥0.01mA 应不小于 0.01。		0.0175	√
在试剂测量区间内，线性相关系数应不小于			√
0.9950		0.9997	√
13.0-19.0μmol/L 区间内，线性绝对偏差不超过±		1.40%	
0.4μmol/L	浓度 3	0.650	

检验人：

复核人：

审核人：

检验日期：

授权人：