质控品水平	Randox hum asy control 2	1694UN	2028-03	17.4umol/l	13.7-21.1umol/l

检验项目	要求	结果	判定
外观检查	R1 为无色透明液体，无悬浮物及沉淀物。 R2 为淡黄色透明液体，无悬浮物及沉淀物。	符合要求	√
	不低于标示值。	R1 33.0ml	/
空白吸光度测定	在 450nm 处，比色 1cm 时，△A/min≤0.003。	0.0004	√
批间精密度	R≤10%		
0-100umol/L 范围内，线性绝对偏差不超过±10umol/L；	浓度 1	3.06%	√
	浓度 2	4.63%	√
	浓度 3	6.19umol/L	/

线性范围测定

复核人：　　审核人：　　检验人：