编号：YNHAJ-15-66-2017

总蛋白检测试剂盒（双缩脲法）出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求编号：京械注准 2017240018Z4

样品名称	总蛋白检测试剂盒（双缩脲法）	样品数量	25	批号/生产日期	20170801
试剂盒规格：					
型号	规格				
样品参考物质	北京市医疗器械检验所	GBW(E)090351	/	58.3 g/L	

检验项目	要求	结果		判定
净含量测定		40	40.6ml	√
吸光度测定	在 540nm 处，光径 10cm 时，空白吸光度 A≤0.200。	0.1700		√
线性测定	在 540nm 处，光径 1cm 时，测量 70g/L 的总蛋白时，吸光度差值△A≥0.150。			
线性测定	使用标准物质稀释配制测试样品，测定结果与标准物质值的相对偏差≤±10%。	-0.34%		
线性测定	浓度 5	1.34%	√	