编号：YNH/AJ 15-50-2017

甘油三酯检测试剂盒（酶法）出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求编号：苏械注准20172401825

检验日期					
制信因	批号	有效期至	靶值	范围（2SD）
校准品	Calibrator	1705132	2017-05-22	2.26mmol/L	
室间参考物质（卫生部临检中心）	GBW（09179）	/	0.928mmol/L	
质控品	Randox Trum asy control 2	1695ON	2028-03	1.05mmol/L	0.882-1.22mmol/L

检验项目	技术要求	检验结果	单项结论
外观	R1 和 R2 均为无色或淡黄色透明液体，无悬浮物及		
净含量测定	不低于标示值。	R2 9.4ml	√
		STD 2.2ml	√
空白吸光度测定	在340nm处，光径1cm时，空白吸光度A≤0.200	0.0560	√
试剂的 pH 值范围为 6.00-7.50	R1	6.80	
	R2	8.84	

检验是否合格。	符合要求	合格	结论

复核人：[illegible]　　检验人：[illegible]　　检验机构盖章或签字：