低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（速路法）出厂检验报告

外观标识	R1 和 R2 均为无色透明液体，无悬浮物及沉淀物。	符合要求	√
净含量测定	不低于标示值	40	R2 9.0ml √
空白吸光度测定	在 600nm 处，光径 1cm 时，空白吸光度 A<0.05	0.0009	√
精密度测定	测定样品参考物质，相对偏差应不大于 10%。	2	2.54% √
线性相关偏差不超过 10%。			
准确度			3.33%
相关系数应不小于 0.9950			

检验报告专用章