生化仪机型：DS-401　　生化仪编号：DS1KS001

紫外可见分光光度计型号：L5　　紫外可见分光光度计编号：3770150202150500006

型号	规格
160ml（40）	R1：32ml×4　R2：8ml×4　CAL：1ml×1

			R2	9.6ml	
分析灵敏度		0.1876	√		
		3	1.20%		

		浓度 2	3.24%	√
测定	线性相对偏差不超过 10%。	浓度 3	8.78%	√
		浓度 4	6.73%	√
		浓度 6	5.53%	√

定	间变量系数不大于 5%	100%	√	校准品均一性测
性测定可检。		可检		知匹