外观检查	R1 和 R2 均为无色透明液体，无悬浮物及沉淀物		符合要求		√
净含量测定	不低于标示值	40	R1	32.5ml	√
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
分析灵敏度	度脂蛋白胆固醇时，$\triangle A_{mmol/L} > 0.03$		0.1911		√
批内精密度测定	mmol/L 的样本，所得结果的变异系数(CV)<3.0%		CV2	0.91%	√