编号：YNHAJ-15-68-2017

高密度脂蛋白胆固醇测试卡（磁珠法）检定校准报告

检验依据：医疗器械产品技术要求编号：京械注准 20172400393

型号	规格

名称	编号	证书号	有效期至	备注
标准参考物质	卫生部临床检验中心	GBW(E)090790	/	1.464mmol/L

检验项目	要求	结果	判定
批间差	批间差不大于厂家给出的批间差	符合要求	√
准确度	在 0.60mmol/L 至 1.0mmol/L 时，平均偏倚 A≤0.05	0.004	√
		3	-4.35%