

编号: YNH/A1-15-14-2024

试验日期: 2024.05.15
 试验地点: 实验室
 试验名称: 清洗率
 试验目的: 验证清洗效果

设备信息:

仪器名称	超声波清洗机	规格
设备型号	YH-100	生产厂家

试验项目: 清洗率
 检测方法: 目视
 合格判定: 合格

试验环境: 温度: 25±1℃
 湿度: 相对湿度<80%

试验数据

项目	要求	第一次	第二次	第三次	第四次	判定
pH值	25±1℃时, 7.00±0.50。	检测温度: 25.0℃				√
		7.15	7.14	7.14	7.14	
空白值	RBC ≤ 0.03 × 10 ¹² /L	0.00	0.00	0.00	0.00	√
	PLT ≤ 10 × 10 ⁹ /L	0	0	0	0	√
清洗率	清洗率大于 99%	99.5%	99.8%	99.9%	99.9%	合格
结论	检验是否合格	合格				

