

编号: YNH/AJ-15-02-2012

## 血小板分析仪专用清洗液出厂检验报告

仪器名称:

规格型号:

生产厂家:


出厂日期:

仪器名称	血小板分析仪	型号
数量/批号	1/101	规格/版本
仪器地址	宁波市鄞州区	经销商/联系电话

检测项目	单位	检测结果			接受标准
		实测值	合格/不合格	备注	

外观	瓶口密封完好, 无异物	符合规定		
pH值	7.5-8.5	7.8	合格	
电导率	100-200 μS/cm	150	合格	

项目	检测方法/标准	检测结果				合格/不合格
		1	2	3	4	
空白值	200-400 AU/PLT	200	210	220	230	合格
线性率	线性率 > 99%	99.5	99.8	99.9	100.0	合格
精密度	变异系数 < 5%	4.5	4.2	4.1	4.0	合格



检测人: \_\_\_\_\_ 审核人: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_