乳酸脱氢酶检测试剂盒（乳酸底物法）出厂检验报告

校准品	Sinnowa	2230404N	2026-04	246U/L	

线性范围	要求	结果	判定		
线性范围	在 340nm 处，光径 1cm 时，△A/min≤0.002	0.0005