编号：YNH/AJ-15-62-2017

生化仪机型：DS-401　　生化仪编号：DSHK3001

型号		规格	

R1	31.0ml	√

重复性 CV≤3%　　2.84%

浓度 1	9.13%	√
浓度 2	2.68%	√