编号：YNHA L15-109-2018

试剂盒规格：

型号	规格
160ml（40）	R1：32ml*4，R2：8ml*4

质控品	Randox LDD control 2	3967CH	2026.03	236	189-283

在340nm处，光径1cm时，测量200mg/L的样本，

r	0.9977

重复性测定	CV≤4%。	1.69%	✓

20mg/L；（200-800]mg/L范围内，线性相对偏差不超过±10%。	浓度3	6.24%	✓
	浓度4	16.73mg/L	

检验报告专用章