编号：YNH/AJ-15-58-2011

总胆红素（偶氮盐法）测定试剂盒出厂检验报告

检验项目	要求	结果	判定
		R2 9.0ml	
	在450nm处，光径1cm时，△A≥1.5×10⁵	2.62×10⁵	
	测定国家标准品，准确度不大于±10%	水平1 -2.41%	
	超过10%。	浓度4 5.18μmol/L	
		浓度5 0.64μmol/L	
试剂色泽均匀。	符合要求		仪器品质检查