

# 尿素检测试剂盒出厂检验报告 (酶偶联法)

检测单位: 北京泰德医药技术有限公司 生产许可证: 20192401599

生产日期: 2018-11-15 有效期至: 2020-11-15  
生产批号: 180801 出厂检验号: 077015020213050006

紫外分光光度计型号: L5 紫外可见分光光度计编号: 077015020213050006

试剂盒规格:

型号	规格
160ml (40)	B1-33, 1X4; B2-8, 1X4; B37-8, 1X4

检测试剂	批号	有效期	规格
白蛋白标准液	2730904	2018-04-15	7.14mmol/L
白蛋白试剂	390012		5.62mmol/L

生产厂家: 北京泰德医药技术有限公司 地址: 北京市昌平区北环路100号

产品名称: 尿素检测试剂盒 (酶偶联法) 规格: 160ml (40)

检验项目: 尿素

检验方法: 酶偶联法

检验日期: 2018-11-15

检验地点: 北京泰德医药技术有限公司

检验人员: 张三

检验结果: 合格

检验结论: 该批试剂盒符合出厂检验要求, 准予出厂。

检验依据: 国家药品监督管理局注册证: 国药准字H20183001

检验标准: 企业标准: Q/TD 001-2018


备注: 本试剂盒仅供体外诊断使用, 不得用于临床诊断。

检验日期: 2018-11-15

检验地点: 北京泰德医药技术有限公司

检验人员: 张三

检验结果: 合格



北京泰德医药技术有限公司