| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 校准品 | Sinnowa | 2250513 | 2026-05-12 | 7.14mmol/L | |
| 质控品水平 1 | Randox human assy control 2 | 16051101 | 2028-03 | 7.03mmol/L | 5.08-8.08mmol/L |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空白测定 | 不低于标示值。 | 40 | R1 | 32.5ml | √ | |
| | | | R2 | 9.0ml | / | |
| | | | STD | 2.0ml | | |
| 线性测定 | 在340nm处，光程10mm时，空白吸光度A≥1.000。 | 2.378 | √ | | | 空白吸光度 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 索时，吸光度变化△$A_{mmol/L}$ ≥0.02。 | | | |
| 在试剂线性范围内，线性相关系数r应不小于0.9900。 | 0.9995 | √ | |
| | 浓度 1 | 1.27% | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 重复性 | CV≤5% | 0.99% | | |
| | CV≤5% | 0.99% | | |

复核人：[illegible]　　检验人：[illegible]