编号：YNH/AJ-15-53-2017

肌酸激酶同工酶检测试剂盒（免疫抑制法）出厂检验报告

生化仪型号 DS-401　　生化仪编号 DS1K6001

紫外可见分光光度计型号： L5　　紫外可见分光光度计编号： 077015020215050006

100ml（10 型）	R1： 32ml×4　R2： 8ml×4		
300ml（30 型）	R1： 60ml×4　R2： 15ml×4		
外观检查	R1 和 R2 均为无色透明的液体，无异物或沉淀物	符合要求	√
净含量应不少于标示值			
	浓度 1	[illegible]%	√
	浓度 2	0.40%	√
线性范围	浓度 3	7.41%	√
	浓度 5	7.64%	√