

碱性磷酸酶检测试剂盒 / 碱性磷酸酶检测试剂盒(连续监测法) 出厂检验报告

检测地点: 北京北达生物技术有限公司 检测日期: 2017年05月05日
 检测人员: 王超 检测仪器: 酶标仪
 样品名称: 碱性磷酸酶检测试剂盒(连续监测法) 规格: 100000IU/L

检测流程:

型号	规格
1	100000IU/L

检测项目	标准	结果	判定
外观检查	R1 为无色透明液体, R2 为无色或淡黄色透明液体, 原包装液体及试剂瓶, 均无渗漏现象及破损。	符合原包	合格
灵敏度	不低于标示值	R1: 33 IU/ml R2: 2 IU/ml	合格
线性范围	按说明书, 线性范围: 0.0000~10.0000 IU/ml	0.0000	合格
准确度	按说明书, 线性范围: 0.0000~10.0000 IU/ml	0.0000	合格
重复性	R1 试剂的 CV 值的范围是 5.33-10.33	10.33	合格
精密度	在 0.0000 IU/ml 处, 批内 CV 为 10.33%, 批间 CV 为 10.33% 在 1.0000 IU/ml 处, 批内 CV 为 10.33%, 批间 CV 为 10.33%。	10.33%	合格
稳定性	按说明书, 稳定性: 批内 CV 为 10.33%, 批间 CV 为 10.33%。	10.33%	合格
贮存稳定性	按说明书, 贮存稳定性: 批内 CV 为 10.33%, 批间 CV 为 10.33%。	10.33%	合格
批内精密度	按说明书, 批内精密度: 批内 CV 为 10.33%。	10.33%	合格
批间精密度	按说明书, 批间精密度: 批间 CV 为 10.33%。	10.33%	合格

检测人: 王超
 审核人: 王超
 日期: 2017年05月05日