编号：YNH/AJ-15-54-2017

碱性磷酸酶检测试剂盒（对硝基酚磷酸盐连续监测法）出厂检验报告

检验日期：2023-06-20　　试剂盒批号：230624

D系列生化仪机型：DS-401　　D系列生化仪编号：DSJKS001

紫外可见分光光度计型号：L5　　紫外可见分光光度计编号：07701502021503S0006

PH 计型号：PHS-3C　　PH 计编号：600408N0016120566

试剂盒规格：

型号	规格

检测项目	检测结果	判定
批内精密度 CV≤5%。	2.13%	√
线性相关系数 r 应不小于 0.9900。	0.9998	√
检验是否合格		结论