

编号: YNH/AJ-15-33-2016

生化分析仪用清洗液/剂出厂检验报告

试剂名称: SBD清洗液

试剂批号: 22404P8

检验日期: 2024.04.19

试剂规格: 40ml×5

检测项目	技术要求	检测结果	判定
净含量测定	不低于标示值。	40.0L	√
pH值测定	SBD清洗液: 25±1℃时的 pH 值应≥12;	检测温度: —	—
	NCH清洗液: 25±1℃时的 pH 值应为 7.75-7.85。	—	—
清洗率	清洗率≥99%	—	—

