分析灵敏度	在 660nm 处，光径 1cm 时，测量 1mmol/L 的低密度脂蛋白胆固醇时，$\triangle A_{mmol/L} > 0.03$	0.1663	√	
		1	0.87%	

	测定 (2.50±0.50) mmol/L 的样本，所得结果的相对偏差 $R_r \leq 10.0\%$；			
	10.3.10.01. 相关系数应不小于 0.9950。	0.9998	√	
环境测定		0.5%	√	校准证书