编号：YNH/AJ-15-02-2015

肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法）出厂检验报告

肌氨酸氧化酶	Shinowa	2250415	2020-04-14	160unit/L	
国家标准品	中国食品药品检定研究院	300050		32.5umol/L	
国家标准品	中国食品药品检定研究院	300050		308.0 μ/L	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	2023-5	[illegible]	[illegible]
试剂状态	R1 和 R2 均为无色透明液体，无沉淀物				
样品量测定	不低于标示值		40 μ	R2	9.2ml	√
空白吸光度测定	在 546nm 处，光径 1cm 时，空白吸光度 A<0.300			0.0086	√
分析灵敏度测定	在 546nm 处，光径 1cm 时，测量 1μmol/L 的肌酐时，			2.64×10^{-2}	√
[illegible]					
在试剂测量范围内，线性相关系数 r 应不小于 0.9900				0.9987	√
[illegible]					

复核人：[illegible]　　批准人：[illegible]　　检验人：[illegible]