

肌酐测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法)出厂检验报告

符合规定。

3.1 外观: 试剂瓶无色透明液体, 试剂瓶黄色液体, 试剂瓶黄色液体。

项目	技术要求	检测结果	判定	备注
灵敏度	在546nm处, 光径1cm时, 测量1μmol/L的肌酐时, 吸光度为0.0276±0.0010	0.0276	合格	分析灵敏度
精密度	测量国家标准品, 相对偏差不得大于±10%	水平1: -1.47%, -0.36%, 1.33%	合格	准确测定

合格。

(0-70)μmol/L范围内, 线性绝对偏差不得超过±

(0-200)μmol/L范围内, 线性相对偏差不得超过±

10%

负责人: [Signature]

日期: [Signature]

