

编号: YNH/AJ-15-02-2012

### 血小板分析仪专用清洗液出厂检验报告

检验日期:

		7.24	7.25	7.24	7.24	
空白值	RBC $\leq 0.03 \times 10^{12}/L$	0.00	0.00	0.00	0.00	√
	PLT $\leq 10 \times 10^9/L$	0	0	0	0	
清洗率	清洗率大于 90%。	98.1%				
结论	检验是否合格					



检验人: 张金

复核人: 林

批准人: 李