空白吸光度测定	在 340nm 处，光径 1cm 时，空白吸光度 A≤0.800。	0.2048	√
分析灵敏度测定	在 340nm 处，光径 1cm 时，测量 1mmol/L 的磷时，吸光度变化 $\Delta A_{mmol/L}$ ≥0.02。	0.2610	√
准确度测定	应不大于±10%。	4.14%	
批间差测定	R≤10%。	/	/
[illegible]	在试剂测量范围内，线性相关系数 r 应不小于 0.9991	0.9998	√
[illegible]	（0.5-5)mmol/L 范围内，线性相对偏差不超过 10%。	浓度 4 0.02mmol/L 浓度 5 0.04mmol/L	

[illegible] 复核人： [illegible] 批准人： [illegible] 检验人：[illegible]