生化仪机型：DS-40I　　生化仪编号：DSIR5001

试剂盒规格：

酶促动力学	Randox Multiassay control 2	18948N	2023-03	30.10mmol/L	23.8-36.4	

分析灵敏度测定	在 450nm 处，光径 1cm 时，$\triangle A_{mmol/L} \geqslant 1.5\times10^{-3}$。	2.17×10^{-3}		√		2
准确度测定	测定国家标准品，相对偏差不大于±10%。	水平 1	-0.47%	√		
		水平 2	-3.14%			
内精密度测定	CV≤3%。	1.50%		√		满

		浓度 5	2.95mmol/L	√		

水分含量	校准品水分应不高于 5.0%。	4.29%		√		校准品水
稳定性测定	按照厂家提供的步骤操作测定。	0.25		√		校准品正常