

编号: YNH/AJ-15-35-2016

生化仪用清洗液出厂检验报告

试剂名称: NCH 清洗液

试剂批号: 2230602

试剂规格: R1: 40ml/瓶 R2: 10ml/瓶

检验日期: 2023.06.05

检验项目	要求	检验结果	结果判定
外观	无色透明液体, 无沉淀, 无杂质, 无异物。	符合	合格
包装	外包装瓶口的标识应至少包括以下内容: a) 产品名称; b) 净含量; c) 生产批号; d) 贮存条件及有效期。		
净含量测定	不低于标示值	R1: 40.8ml R2: 10.8ml	√
pH值测定	SBD 清洗液: 25±1℃时的 pH 值应为 12.00-12.10; NCH 清洗液: 25±1℃时的 pH 值应为 7.75-7.85; NCL 清洗液: 25±1℃时的 pH 值应为 7.45-7.55。	7.83	√
清洗率	清洗率大于 90%。	98.6%	√
结论	检验是否合格。	合格	合格

