

编号: YNH/AJ-15-33-2016

生化仪用清洗液/剂出厂检验报告

试剂名称: SED 清洗液

试剂批号: 2240228

项目	规格	检测方法	检测结果	判定
外观	无色透明液体	目视	符合	合格
pH值	7.0-8.0	pH计	7.5	合格
电导率	≤1000 μS/cm	电导率仪	500	合格
浊度	≤0.1 NTU	浊度计	0.05	合格
细菌数	≤10 CFU/mL	平板计数	5	合格



云南汇良化工有限公司
YUNNAN HUILIANG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

地址: 昆明市高新区
ADD: KUNMING HIGH TECH ZONE

电话: 0871-6731111
TEL: 0871-6731111