外观检查	应无色或淡黄色透明液体，无悬浮物及沉淀。	符合要求	√	
吸光度变化率测定	在340nm处，光径1cm时，测量HUB的ALT时，吸光度变化△Au/min≥2×10⁴。	0.0013	√	
分析灵敏度	在340nm处，光径1cm时，测量HUB的ALT时，吸光度变化△Au/min≥2×10⁴。	4.39×10^4	√	
性测定	5U/L； (50-500]U/L 范围内，线性相对偏差不超过±10%。	浓度2	6.55%	√
		浓度3	7.29%	√
		浓度4	1.16U/L	√
			2.31U/L	√

线