总胆固醇检测试剂盒（氧化酶法）出厂检验报告

检验日期：2025.04.23　　试剂盒批号：22504231

失效效期形：TS-40U　　失效编号：TSUKS80U

160ml(40)	R1：32ml×4　R2：8ml×4，STD：2ml*1

名称	型号	批号	有效期至	赋值	范围
质控品	Sinnowa control 2	22303201	2026-03	3.85mmol/L	3.47-4.24mmol/L

及沉淀物。			
40	R1	32.5ml	√

分析灵敏度测定	酶时，吸光度变化 ΔA_{mono} ≥0.02。	0.0856	√
准确度测定	使用内附标准液校准生化分析仪和试剂后，测定有证参考物质，相对偏差≤±10%。	2.31%	√
	0.9900。	0.9999	√
线性测定	[0.5-2.0]mmol/L 范围内，线性绝对偏差不超过±0.2mmol/L； (2.0-20.0]mmol/L 范围内，线性相对偏差不超过±10%。	浓度 1	6.73%	√
		浓度 2	0.62%	√
		浓度 3	8.79%	√
		浓度 5	0.19mmol/L	√

检验是否合格

检验报告专用章