编号：YNH/AJ-15-54-2011

胆碱酯酶测定试剂盒（丁酰硫代胆碱法）出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求编号：苏械注准 20142400556

检验日期：2025-09-25　　试剂盒批号：2250925

生化仪型号：DS-401　　生化仪编号：DS1KS001

紫外可见分光光度计型号：T5　　紫外可见分光光度计编号：[illegible]

试剂盒抽检规格：

160mL/40mL	R1：32mL×4　R2：8mL×4				

质控品水平 1	Randox hum ass control 2	1695U/N	2028-03	5388U/L	4311-6465U/L

[illegible]	1. 应无色或呈黄色透明液体，不得有沉淀或浑浊。 2. 应无溶血、脂血、无黄疸、无明显凝块。				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
精密度测定	批间精密度 R≤10%.		-0.33%	/	