编号：YNH/AJ-15-27-2011

临床生化质控血清出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求 械注准 20172400256

生物安全性	质控物的 HBsAg、HIV-1/HIV-2 抗体、HCV 抗体检测应为阴性		均为阴性	√

GOT/AST	54	2.02%	0.61%	√
[illegible]	92	2.40%	1.78%	√

Crea（肌氨酸氧化酶法）	104	1.89%	2.66%	√
GLU(GOD-PAP 法)	4.11	4.62%	0.80%	√
K	3.24	1.26%	0.51%	√
UA	285	0.50%	0.61%	√
Urea	6.20	2.98%	1.60%	√
TG	1.14	2.34%	0.74%	√
CHO	3.62	3.45%	1.93%	√
TBA	29.9	1.05%	0.35%	√
TB（重氮法）	33.1	0.76%	0.59%	√
TB（钒酸盐法）	33.1	0.88%	0.32%	√
DB（重氮法）	17.5	1.76%	0.23%	√
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]（酶氧酸去法）	98	1.7%	[illegible]	√