编号：YNH/AJ-15-33-2016

生化分析仪用清洗液/剂出厂检验报告

试剂名称：生化分析仪用钙强化清洗液　　试剂批号：2240612

检验日期：2024.06.14　　试剂规格：R1:40ml×4　R2:10ml×4

检验项目	要求	检验结果	结果判定
外观检查	无色透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求	√
净含量测定	不低于标示值。	R1:40.5ml R2:10.5ml	√
pH 值测定	SBD 清洗液：25±1℃时的 pH 值应≥12；	检测温度：一℃	