编号：YBJY/AJ-15-03-2016

检验项目	要求	检验结果	单项结论
外观检查	无色透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求	√
净含量测定	不低于标示值。	R1:41.0ml R2:10.0ml	√
pH 值测定	SBD 清洗液：25±1℃时的 pH 值应≥12；	检测温度：—℃	—
	NCH 清洗液：25±1℃时的 pH 值应为 7.15-7.85。	—	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

质量管理部 检验报告专用章

检验人：　　　　审核人：　　　　批准人：