编号：YNH/AJ-15-60-2017

天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒（IFCC 法）出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求编号：苏械注准 20182401597

检验日期：2025-10-16　　试剂盒批号：2251014

0593a					
质控品 1	Randox human asy control 2	1695UN	2028-3-28	33U/L	28-42U/L
质控品 2	Randox human asy control 3	1309UE	2026-10	150U/L	120-180U/L

检验项目	要求	结果	判定	备注
光度稳定性测定	在 340nm 处，光径 1cm 时，△A/min≤0.004。	0.0036	√	空白吸
	（50-500IU/L 范围内，线性相对偏差不超过 10%。	浓度 3　6.06%	√	

检验是否合格。		合格	结论

复核人：　　质量负责人：　　检验人：