

编号: YNH/AJ-15-33-2016

试剂出厂检验报告

试剂名称: PL系列血小板分析仪用去蛋白液 试剂批号: 2250744

检验日期: 2015.07.11

试剂规格: 500ml

项目	方法	检测标准	结果
----	----	------	----

外观 无色透明液体,无沉淀,无异物,无肉眼可见杂质

pH 5.0-6.0

外观 无色透明液体,无沉淀,无异物,无肉眼可见杂质

pH 5.0-6.0

外观 无色透明液体,无沉淀,无异物,无肉眼可见杂质

pH 5.0-6.0

血小板分析仪专用清洗液: PLT-SDN100A

规格: 500ml/瓶/箱

