

铈测定试剂盒 (钍钍 III 法) 出厂检验报告

产品名称: 铈测定试剂盒 (钍钍 III 法) 规格: 100 人份
 生产厂家: 上海科华生物工程股份有限公司 批号: 20150101

品名: 铈测定试剂盒 (钍钍 III 法)
 规格: 100 人份

生产批号: 20150101 有效期至: 20160101
 生产厂家: 上海科华生物工程股份有限公司 地址: 上海市浦东新区张江路 126 号

检测项目	要求	检测结果	判定
外观性状	试剂管内容物, 无可见浑浊物。	符合规定	合格
液体颜色	无色透明液体。	符合规定	合格
空白吸光度测定	在 625nm 处, 光径 1cm 时, 空白吸光度 $A \leq 0.005$	0.002	合格
A 的回收率测定	空白回收率: 符合 $100\% \pm 10\%$	100.0%	合格
线性范围	符合 $0.005 \sim 0.050$	符合规定	合格
重复性测定	在 0.010 吸光度处, 变异系数不超过 10%	符合规定	合格
稳定性测定	符合规定	符合规定	合格
灵敏度测定	符合规定	符合规定	合格

检测方法: 符合规定
 检测日期: 20150101
 检测地点: 上海科华生物工程股份有限公司

检测人: 张三 审核人: 李四



报告编号: YNH/AJ-15-01-2015
 报告日期: 20150101
 报告地址: 上海市浦东新区张江路 126 号