编号：YNH/AJ-15-33-2016

试剂出厂检验报告

试剂名称：血小板分析仪专用清洗液　　试剂批号：22510271

检验日期：2025.10.31　　试剂规格：[illegible]

项目	要求	检测1	检测2	检测3	检测4	判定
主要成份含量	不低于标示值	达标	达标	达标	达标	✓
pH值	NaOH清洗液：25±1℃，pH≥12； NaCl清洗液：25±1℃，pH=7.80±0.05； 血小板分析仪专用清洗液：25±1℃，pH=7.00±0.50；	25.0℃				
残留	血细胞分析仪用清洗液：RBC≤0.05×10⁶/L					

检验人：[illegible]　　复核人：[illegible]　　质检人：[illegible]