编号：YNH/AJ-15-49-2017

α-淀粉酶测定试剂盒出厂检验报告（连续监测法）

生产批号：[illegible]　　生产批号：[illegible]

紫外可见分光光度计型号：L5　　紫外可见分光光度计编号：0270150202150500[illegible]

试剂盒抽检规格：

型号	规格
160ml(40)	R：40ml×4

质控品	Sinnowa control 2	22303520U	2026-03	302U/L	242-362U/L		

检验项目	要求	结果	判定
线性检验	无线性偏离或线性偏离在允许范围内	符合要求	[illegible]

浓度	1-2
浓度2	0.87%
浓度3	1.25%
浓度4	3.42%

复核人：[illegible]　　批准人：[illegible]　　检验人：[illegible]