

编号: YNH/AJ-15-33-2016

试剂出厂检验报告

试剂名称: SBD 清洗液

试剂批号: 22511031

检验日期: 2025.11.06

试剂规格: 1L、5L

检验项目	要求	检验结果				结果判定
		检测 1	检测 2	检测 3	均值	
外观	无色或淡黄色透明液体, 不得有杂质、颗粒或絮状物。	符合要求				合格
PH值	SBD 清洗液: $25 \pm 1^\circ\text{C}$, $\text{pH} > 12$ 血细胞分析仪用清洗液: $25 \pm 1^\circ\text{C}$, $\text{pH} = 7.00 \pm 0.05$ HB-3D 血细胞分析仪用清洗液: $25 \pm 1^\circ\text{C}$, $\text{pH} = 7.10$	检测温度: 25.0°C				
		13.33	13.34	13.34	13.34	

191361	血细胞分析仪用清洗液: $15^\circ\text{C} \sim 16^\circ\text{C}$	合格
	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液: $15^\circ\text{C} \sim 16^\circ\text{C}$	合格
	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液: $15^\circ\text{C} \sim 16^\circ\text{C}$	合格
结论	符合出厂标准。	合格



检验员: 李超

审核员: 李超

日期: 2025.11.06