编号：YNH/AJ-15-33-2016

项目	要求	检测 1	检测 2	检测 3	均值	判定
外观	无色或淡黄色透明液体，不得有沉淀、絮状或絮状物。	符合要求				√
净含量	不低于标示值。	5.05L	5.05L	5.05L	5.05L	√
pH 值	SBD 清洗液：25±1℃，pH≥12； NCH 清洗液：25±1℃，pH=7.80±0.05； 血细胞分析仪专用稀释液：25±1℃，pH=7.00±0.50；	检测温度：25.0℃				√
		7.12	7.13	7.13	7.13	