葡萄糖检测试剂盒（葡萄糖氧化酶法）出厂检验报告

生化仪型号：DS-400　　生化仪编号：DS115S001

紫外可见分光光度计型号：L3　　紫外可见分光光度计编号：07J013S0J013S0J003

PH 计型号：PHS-3C　　PH 计编号：600408N0016120566

标准参考物质	二氧化碳标准气	GBW（E）09175	11.52mmol/L

检验项目	要求	结果	判定
外观检查	无悬浮物及沉淀物。	符合要求	√
		R1	330nm
	40		

校准品	校准精密度 CV≤3%。	浓度 1	0.29%

		浓度 4	0.02mmol/L	√
		浓度 5	0.02mmol/L	√
查	无色透明液体。	符合要求	√	校准品外观检

1.使用校准品按准生化公司方和说明书，确定标准液

合格