编号：YNH/AJ-15-55-2011

直接胆红素测定试剂盒(钒酸盐法)出厂检验报告

	制造商	批号	有效期至	靶值（μmol/L）	范围（μmol/L）
校准品	Sinnowa	2251229	2026-12-28	19.0umol/L	
企业参考品	Sinnowa	250901	2027-08	16.5umol/L	

外观	R1为无色透明液体，无悬浮物及沉淀物。		

精密度	批内，CV<5%		
	批间，CV<8%		