


编号: YNH/AJ-15-33-2016

试剂出厂检验报告

试剂名称: 血小板分析仪专用清洗液 试剂批号: 22512261
检验日期: 2025.12.31 试剂规格: 1L、5L

检验项目	要求	检验结果				结果判定
		检测 1	检测 2	检测 3	均值	
外观	无色透明液体	合格	合格	合格	合格	
pH值	25±1℃, pH=7.80±0.05	7.82	7.78	7.81	7.80	
HB-3D 血小板分析仪专用清洗液	25±1℃, pH=7.00±0.50	7.12	7.13	7.13	7.13	
HB-3D 血细胞分析仪专用清洗液	25±1℃, pH=7.10±0.20	7.12	7.13	7.13	7.13	
HB-3D 血细胞分析仪用清洗液	WBC ≤ 0.3 × 10 ⁹ /L	—	—	—	—	



检验人: 李强 审核人: 张明 日期: 2025.12.31