编号：YNH/AJ-15-81-2018

肌酸激酶的测定试剂盒（酶学速率法）生产检验报告

[illegible]

名称	型号	批号	有效期
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

质控品	Randox hun asy control 2	1695UN	2028-03	235U/L	193-277U/L
质控品	Randox hun asy control 3	1309UE	2026-10	493U/L	404-582U/L

检验项目	要求	结果	判定
外观检查	R1与R2均为无色透明液体，无悬浮物沒沉淀。	符合要求	√
净含量测定	不低于标示值	48	R1 34.0ml √ R2 9.0ml √
空白吸光度测定	在37℃、340nm处，光径1cm时，空白吸光度A≤0.50。	0.1892	√
精密度测定	重复性CV≤5%。	2.30%	√
	批间差R＜10%	/	/

[illegible]

[illegible]

[illegible]