编号：YNH/AJ-15-59-2017

乳酸脱氢酶检测试剂盒（乳酸底物法）出厂检验报告

紫外可见分光光度计型号：LS　　紫外可见分光光度计编号：07A015020213030006

试剂盒抽检规格：

型号	规格
160ml(40)	R1：32ml×4　R2：8ml×4

		制造商	批号	有效期至	靶值/标示值	范围（2SD）
质控品	Sinnova control 2		22318201	2025-05	265U/L	212-318U/L

线性关系	吸光度变化△A340/min≥1×10⁻⁴。	2.08×10⁻⁴	√
精密度测定	重复性 CV≤5%。	2.14%	√
	批间差 R≤10%	/	/