编号：YNH/AJ-15-58-2017

# 尿酸检测试剂盒（尿酸酶-过氧化物酶偶联法）出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求编号 苏械注准：20172401751

| 检验项目 | 要求 | 结果 | | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| | | STD | 2.1ml | √ |
| 白吸光度测定 | 在 500nm 处，光径 1cm 时，空白吸光度 A≤0.200。 | 0.0539 | | √ |
| | (150-1500)μmol/L 范围内，线性相对偏差不超过±10%。 | 浓度 3 | 3.17% | √ |
| | | 浓度 4 | 14.48μmol/L | √ |
| | | 浓度 5 | 9.98μmol/L | √ |